



**CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**
82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Sema 54
CKZIU.261.30.2019.RM
☎ 55 625 67 25
NIP 5781019711 REGON 281527710

Elbląg, dnia 27 maja 2019 r.

**TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
udzielone w dniu 27 maja 2019r.**

Dot. postępowania CKZIU.261.30.2019.RM:
Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytania oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Pozycja: 25

Zamawiający opisując parametr statywu (tzn.: Maksymalna nastawiana wysokość 330[mm]) – jednocześnie wskazał typ statywu konkretnego producenta, gdyż tylko jeden producent określa parametr wysokości statywów w taki sposób, lecz statyw spełniający w/w parametr - nie jest chromowany i posiada inne wymiary podstawy.

W związku z tym czy zamawiający dopuszcza statyw, w którym kolumna nie jest chromowana, i posiada podstawę o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 55x50x55 [mm].

Jeśli zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany, prosimy o podanie minimalnych długości obu ramion statywu.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 25 WYCENY DOSTAWY. Zapis pozycji 25 WYCENY DOSTAWY otrzymał następujące brzmienie:

„Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną

- średnica zegara \varnothing 58mm, +/- 5%
- średnica trzpienia: \varnothing 8,
- skala: 0-100
- etui
- Zakres pomiarowy 10[mm],
- Rozdzielczość 0,01 [mm]

Magnetyczny statyw przegubowy

- precyzyjna regulacja
- Maksymalna nastawiana wysokość min. 300[mm]
- Siła zrywania minimum 60 [N]

Deklaracja zgodności CE”

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Ramona Mackojska